

DOM ZDRAVLJA "Zvezdara"

Mesto: Beograd, Olge Jovanović br. 11

Broj: 1203/2

Datum: 05.04.2017

Redni broj javne nabavke: AI-1/2017

PORTAL JAVNIH NABAVKI

PREDMET: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinske i druge opreme oblikovana po partijama, JN broj AI-1/2017, nabavka medicinske i druge opreme za zdravstvenu stanicu Mali Mokri Lug-Oprema za novosagrađeni objekat, za partiju broj 1-Nabavka medicinske opreme za Službu za zdravstvenu zaštitu odraslih građana.

Dana 03.04.2017 godine, zainteresovano lice se obratilo zahtevom broj 1203/1, za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinske i druge opreme za zdravstvenu stanicu Mali Mokri Lug-Oprema za novosagrađeni objekat, za partiju broj 1-Nabavka medicinske opreme za Službu za zdravstvenu zaštitu odraslih građana, i Domu zdravlja "Zvezdara" postavilo je sledeće pitanje:

Povodom Vaše javna nabavke medicinske i druge opreme za zdravstvenu stanicu Mali Mokri Lug, JN br. AI-1/2017, imamo sledeća pitanja u vezi sa partijom broj 1:

1) **Stavka INHALATOR** - 2 komada: da li bi prihvatili ponudu inhalatora koji ima JOŠ BOLJE karakteristike od onih zahtevanih, kao što su manja težina uređaja, superiorniji radni pritisak (1.5 bar umesto traženih 1.3 bar - veći pritisak daje bolju raspršenost medikamenta), finiji srednji prečnik (promer) čestica koji omogućava efektivniju inhalaciju?

Takođe, pored navedenih stavki, da li bi prihvatili da kućište inhalatora bude napravljeno od medicinske ABS plastike, koja se pokazala bolja u upotrebi u zdravstvenoj industriji, zbog lakšeg održavanja i radi daleko smanjenje mogućnosti od strujnog udara (ABS plastika ne provodi struju za razliku od metalnog kućišta)?

Odgovor Naručioca:

-Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji na stran 5 od 42, za predmetnu javnu nabavku, za partiju broj 1-Nabavka medicinske opreme za Službu za zdravstvenu zaštitu odraslih građana, naveo specifikaciju i količine za medicinsko sredstvo „INHALATOR-2 komada“.

-Naručilac je prilikom izrade specifikacije naveo minimalne karakteristike za INHALATOR, tako da će prihvatiti ponudu navedenih karakteristika pomenutog modela INHALATORA, koje je naveo potencijalni ponuđač.

Kućište INHALATORA može biti napravljeno od medicinske ABS plastike.

-Pomenuti model INHALATORA mora da poseduje sertifikat o elektroispravnosti i elektrobezbednosti.

S poštovanjem,

Član komisije

Vujošević Milovan

