

DOM ZDRAVLJA "Zvezdara"

Mesto: Beograd, Olge Jovanović br. 11

Broj: 1204/2

Datum: 05.04.2017

Redni broj javne nabavke: AI-1/2017

PORTAL JAVNIH NABAVKI

PREDMET: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinske i druge opreme oblikovana po partijama, JN broj AI-1/2017, nabavka medicinske i druge opreme za zdravstvenu stanicu Mali Mokri Lug-Oprema za novosagrađeni objekat, za partiju broj 1-Nabavka medicinske opreme za Službu za zdravstvenu zaštitu odraslih građana.

Dana 03.04.2017 godine, zainteresovano lice se obratilo zahtevom broj 1204/1, za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinske i druge opreme za zdravstvenu stanicu Mali Mokri Lug-Oprema za novosagrađeni objekat, i postavilo je sledeća pitanja:

Kao zainteresovani ponuđač u gore navedenom postupku javne nabavke ukazujemo na propuste i zahtevamo izmenu konkursne dokumentacije.

Dobronamerno Vam skrećemo pažnju da je navođenje konkretnih vrednosti i specifikacija aparata diskriminatorne prirode što je u suprotnosti sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama RS, koji reguliše načelo obezbeđenja konkurencije i održuje da je naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju, te da nemože onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanim korišćenjem diskriminatornih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma. Tačno navođenje vrednosti bez odstupanja se koristi kako bi se eliminisali svi proizvođači osim jednog, unapred planiranog budući da karakteristike i dimenzije opreme moraju varirati od proizvođača do proizvođača.

Naše pitanje broj 1: Dali je za naručioca prihvatljivo ako se ponudi oprema sa odstupanjem +/-10%?

Naše pitanje broj 2: Dali je za Naručioca prihvatljivo ako se u Partiji broj 1 ponude tasevi sa neznatnim odstupanjem odnosno sa poklopcem dimenzija 22.5x15x5cm, umesto traženih 23x13x5cm?

Naše pitanje broj 3: Dali je za Naručioca prihvatljivo ako se u Partiji broj 1 ponudi negatoskop bolji i veći od traženog, tj. dimenzija 80x43cm koji će korisniku obezbediti bolju preglednost snimka?

Naše pitanje broj 4: Dali je za Naručioca prihvatljivo ako se u Partiji broj 3 ponude metalne kasete sa poklopcem dimenzija 240x140x50mm, umesto traženih 245x135x35mm?

Odgovor Naručioca:

Na pitanje broj 1: -Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji, za predmetnu javnu nabavku, naveo minimalne tehničke karakteristike za sve navedene partije, tako da će Naručilac prihvatiti svaku ponudu ukoliko se radi o odstupanju +/-10%, što se takođe odnosi i na medicinsku opremu.

Na pitanje broj 2: -Naručilac će prihvatiti ponudu za Partiju broj 1, ukoliko potencijalni ponuđač ponudi taseve sa poklopcem dimenzija 22.5x15x5cm.

Na pitanje broj 3: -Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji na strain 6 od 42, za predmetnu javnu nabavku, za partiju broj 1 naveo "NEGATOSKOP-3 komada", minimalnih dimenzija 63x45cm. S obzirom da se nudi negatoskop koji je veći od traženog, tj. dimenzije 80x43cm biće prihvatljiv od strane Naručioca.

Na pitanje broj 4: Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji na strain 10 od 42, za predmetnu javnu nabavku, za partiju broj 3 naveo "METALNE KASETE SREDNJE-10 komada", dimenzija 245x135x35mm. S obzirom da se radi o odstupanju u vrednosti od +/-10%, za Naručioca će biti prihvatljive i metalne kasete dimenzija 240x140x50mm.

S poštovanjem,



Član komisije
Vujošević Milovan