

PREDMET: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara–
STOMATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, JN br.
AI-8/2018

Dana 21.01.2019. godine zainteresovano lice se obratilo zahtevom broj 196/1 za
pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku i postavilo sledeće pitanje:


Nakon uvida u konkursnu dokumentaciju, primetili smo sledeće:

U partiji 11, stavka 23, Folije za pozicioner aparate u opisu je verovatno došlo do
tehničke greške u vrednosti promera folija gde stoji 127mm, a ispravno je 125mm što je
standard za sve vrste folija koje se koriste za navedenu indikaciju. Molimo Vas da u
opisu ispravite navedenu vrednost.

Odgovor naručioca:

Naručilac je saglasan sa Vašim navodima te će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije,
a ujedno i produžiti rok za dostavljanje ponuda.

Komisija


Šubić Marija, službenik za javne nabavke