

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ прилагођена особама са ивалдитетом, број АИ-20/2017

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15), наручилац Дом здравља "Звездара" врши измену и допуно конкурсне документације:

- Измена се односи на страну 4 , партију 1. – Гинеколошки сто прилагођен ОСИ.
- У прилогу је измењена страна 4 конкурсне документације.

У свему осталом конкурсна документација за наведену набавку остаје непромењена.

Комисија



Шубић Марија, службеник за јавне набавке

ВРСТА, КОЛИЧИНА И СПЕЦИФИКАЦИЈА, РОКОВИ, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

⇒ Врста, количина, спецификација, рокови, услови плаћања, квалитет и техничке карактеристике:

⇒ Врста, количина, спецификација:

Партија број 1 – Гинеколошки сто прилагођен ОСИ

Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава гинеколошки сто прилагођен ОСИ:

- Подешавање висине помоћу електромотора преко стубног носача 60-95 цм
- Леђни и ножни део контролишу 2 ДЦ мотора
- Троделан, позиције се контролишу преко даљинског управљача
- База столице смештена на 4 точка са педалом за кочење
- Точкови 150мм са могућношћу ротације 360 степени
- Држач за ноге лако подесив, пар
- 2 IV носача по један са сваке стране кревета
- Бочне странице израђене од ПП материјала
- Узглавље израђено од АБС-а, лако се скида и одржава/чисти
- Пресвучена еко кожом, перива, доступна у више боја
- Покретна посуда од нерђајућег челика (5 литара) испод седелног дела
- Димензије 190x90xh60-95cm
- Тежина 80 кг
- Носивост 170 кг

Партија број 2 – Апарат за искашљавање

Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава апарат за искашљавање:

- Портабл монитор
- Тежина 1,62кг
- Цев, филтер, адаптер
- Маска за лице
- Антивакум
- Адаптер 22x22мм (и за маску за децу)

Партија број 3 – Апарат за неинвазивну вештачку вентилацију НИВ апарат

Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава:

- Тежина 4,5кг
- Висина 1,6цм
- Цев (једноцевни, двоцевни, двоцевни са експир. валвулом)
- Маска
- Систем за дисање

⇒ рокови:

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуде.

Рок испоруке је најдуже 60 дана од дана закључења Уговор о предметној јавној набавци. Испорука је у ф-ко магацин Купца у Београду, са истоваром.

Место испоруке је на адресу наручиоца: Олге Јовановић 11, Звездара - Београд.

Гарантни рок почиње да тече од датума испоруке добара, медицинске опреме обликоване по партијама, и траје минимум 24 месеци, односно гарантни рок који даје произвођач ако је исти дужи од напред поменутог рока. Као гарантни рок признаје се рок употребе који прописује произвођач, који је одштампан на кутији производа или је дат у посебној произвођачевој гаранцији.