

PREDMET: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – NABAVKA SANITETSKOG POTROŠNOG MATERIJALA OBLIKOVANA PO PARTIJAMA, JN br. AI-7/2017

Dana 09.10.2017. godine zainteresovano lice se obratilo zahtevom broj 3651/1 za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku i postavilo sledeće pitanje:

Molimo Vas da nam pojasnite, da li je za JN br. AI-7/2017 za partiju broj 9- Kесе za sterilizaciju (samolepljive), prihvatljivo da se ponude kese sled. dimenzija:

- 90mm x 160mm umesto 90mmx162mm
- 135mm x 260mm umesto 135mmx255mm
- 140mm x 295mm umesto 135mmx283mm
- 190mm x 360mm umesto 190mmx330mm

Odgovor naručioca:

Prihvatljivo je.

Komisija



Miljojković Danica, dipl.farmaceut